ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на лампу накаливания миниатюрную галогенную типа КГМН 12-30

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лампа предназначена для работы от сети постоянного или переменного тока частоты 50 Гц в офтальмологических приборах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальное напряжение,В - 12
2.2. Номинальная мощность,Вт - 30
2.3. Номинальный световой поток,лм - 600
2.4. Средняя продолжительность горения,ч,не менее - 50
2.5. Основные размеры лампы,мм,не более:
а) длина - 44 мах
б) диаметр колбы - 9,5 мах
2.6. Масса лампы,г,не более - 7
2.7. Цоколь PG 22-6.35

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Эксплуатация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями технических условий,с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности электроустановок потребителей,утвержденными Госэнергонадзором.

3.2. Лампы должны эксплуатироваться в электрических сетях переменного тока частоты 50 Гц, при номинальном напряжении не превышающем + 2% номинального.

3.3. Запрещается эксплуатация ламп в режимах и условиях,отличающихся от установленных в технических условиях.

3.4.При установке лампы не допускается соприкосновение пальцев рук с поверхностью колбы,во избежание помутнения колбы при эксплуатации.

3.5. Положение ламп при эксплуатации произвольное,за исключением вертикального – цоколем вверх..

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампа накаливания миниатюрная галогенная типа КГМН 12-30 соответствует техническим условиям ТУ16-545.440-83 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 15.11.09
Начальник ОТК
Контролер ОТК

ОТК

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации,транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения устанавливается 3 года со дня изготовления ламп предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента ввода ламп в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения,при продолжительности горения 35 ч.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования в части воздействия механических нагрузок по группе Л ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

7. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения ламп по группе 1(Л) ГОСТ 15150. Срок хранения 3 года.